

ACTO de incumplimiento

Por la presente confirmamos que las juntas de autoclave en la cantidad de

____ 4 ____ unidades, entregadas bajo el documento

No. _____ 2476 _____, fecha ____ 21.11.2024 ____, no pueden ser utilizadas.

La razón es el tamaño incorrecto.

Los abajo firmantes declaramos que los empleados de OLMAR no pudieron cerrar la puerta de la autoclave con las juntas mencionadas y recomendaron sustituirlas por otras nuevas.

Al mismo tiempo se negaron a firmar el acta.

1. - *Alexander Babasio B.J. 20.01.2025*
2. - *DAVID SANTAMARÍA*
3. - *JORGE ORNECA PEREZ 20/01/25*